

Обґрунтування:

Для забезпечення безперебійного теплопостачання в м. Червоноград, м. Соснівка, смт. Гірник в опалювальному сезоні 2022/2023рр. та підготовки до опалювального сезону 2023/2024рр.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Предмет закупівлі:

Держпівірка вимірювального комплексу «Флоутек-ТМ» ВР-2 та складових частин комерційного вузла обліку газу котельні РГК-1 ДК 021:2015 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Ліцензія: свідоцтва на виконання зазначених видів послуг: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів. (засвідчені належним чином копії) додати у пропозицію.

Місце надання послуг: на базі Замовника .

№ з/п	Найменування приладу			
Комплекс вимірювальний «Флоутек-ТМ» ВР-2 у складі:				
1	Обчислювача Флоутек-ТМ-ВР-2			
2	Перетворювача багатопараметричного Rosemount 3095FB			
3	Перетворювача багатопараметричного ПМ-3Н			
4	Перетворювача різниці тисків Rosemount 3051CD			
5	Термоперетворювача опору ТСП-1187			
6	Термоперетворювача опору рт 100			
7	Звужуючі пристрої (Діафрагми)			

1. Вимоги до етапності проведення повірки та технічного обслуговування

1.1. Повірка, підготовка до повірки і технічне обслуговування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) передбачає собою комплекс заходів щодо контролю та підтримання працездатності (відповідності технічних та метрологічних характеристик паспортним) в період їх експлуатації.

Відповідність метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки паспортним даним (вимогам Технічних регламентів, інших нормативно-правових актів) підтверджується позитивними результатами повірки.

Повірку виконують з дотриманням «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів» (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 за №193 із змінами і доповненнями).

Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

Постанові № 2494 30.09.2015 р. «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Закону України «Про охорону праці»;

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

Контроль метрологічних характеристик проводять на повірочних стендах з використанням еталонних приладів.

Повірку виконують згідно з Методиками повірки для кожного засобу вимірювальної техніки.

Результат повірки ЗВТ оформлюється відповідно до вимог «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів».